

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0354/2025 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1) Az akkreditált szervezet neve és címe:

IGS-Kontakt Kft.

Kalibráló laboratórium

1158 Budapest, Adria u. 16.

2) Akkreditálási szabvány:

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018

3) Akkreditálási kategória:

kalibrálólaboratórium

4) Az akkreditált státusz érvényessége:

Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2025. november 27.**

Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2030. november 27.**

5) Az akkreditált terület:

I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Nyomás (NYO-1)			
Vákuum	-999...0,0 mbar	1,9÷0,8 mbar	KAL-01:2020_v1
Túlnyomás	0,0...24 bar	0,9÷44 mbar	KAL-01:2020_v1
Nyomás különbség	0,1...1000 Pa	0,4÷1,5 Pa	KAL-01:2020_v1
Nyomás különbség	0,001...5 kPa	0,9÷10 Pa	KAL-01:2020_v1
Áramlás (ÁRA-1)			
Átfolyás mérő	0÷50 ml/min	0,001÷0,88 ml/min 3,1%÷1,8%	KAL-02:2020_v1
Átfolyás mérő	50÷20000 ml/min	0,09÷415 ml/min 2,2%÷2,1%	KAL-02:2020_v1
Átfolyás mérés szűkítő elemen	0÷50 ml/min	0,006÷0,64 ml/min 2,8%÷1,28%	KAL-02:2020_v1
Átfolyás mérés szűkítő elemen	50÷20000 ml/min	0,7÷338 ml/min 1,85%÷1,69%	KAL-02:2020_v1

II. Az akkreditált területhez tartozó külső helyszínen végzett kalibrálási szolgáltatások:

Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség ($k=2$)	A kalibrálási eljárás azonosítója
Nyomás (NYO-1)			
Vákuum	-999...0,0 mbar	1,9÷0,8 mbar	KAL-01:2020_v1
Túlnyomás	0,0...24 bar	0,9÷44 mbar	KAL-01:2020_v1
Nyomás különbség	0,1...1000 Pa	0,4÷1,5 Pa	KAL-01:2020_v1
Nyomás különbség	0,001...5 kPa	0,9÷10 Pa	KAL-01:2020_v1
Áramlás (ÁRA-1)			
Átfolyás mérő	0÷50 ml/min	0,001÷0,88 ml/min 3,1%÷1,8%	KAL-02:2020_v1
Átfolyás mérő	50÷20000 ml/min	0,09÷415 ml/min 2,2%÷2,1%	KAL-02:2020_v1
Átfolyás mérés szűkítő elemen	0÷50 ml/min	0,006÷0,64 ml/min 2,8% ÷1,28%	KAL-02:2020_v1
Átfolyás mérés szűkítő elemen	50÷20000 ml/min	0,7÷338 ml/min 1,85%÷1,69%	KAL-02:2020_v1

Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el (www.nah.gov.hu/hu/kategoriak).

Kelt Budapesten, az elektronikus tanúsítvány szerint

- VÉGE -